



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)
ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ПМТУ Росстандарта)

603105, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1, тел./факс 8-(831)-428-11-75, 428-10-91

ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 3, тел./факс 8-(8362)-41-50-45, 43-03-49

« 12 » октября 2018 г.

(дата составления акта)

Республика Марий Эл, пгт. Оршанка.

9 ч. 00 мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

отделом (инспекции) в Республике Марий Эл ПМТУ Росстандарта
Государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения РМЭ
«Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова»

№ 83-М

По адресу/адресам:

Республика Марий Эл, пгт. Оршанка, ул. Гагарина, д. 4

На основании: приказа заместителя руководителя ПМТУ Росстандарта Воронова А. М. № 1599 от 20.09.2018 года,

была проведена плановая выездная проверка в отношении: ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова»

Дата и время проведения проверки:

« _____ » _____ 20__ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен: ПМТУ Росстандарта, отдел (инспекция) в Республике Марий Эл.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор Яровикова Светлана Яковлевна

08.10.2018 г. в 10 ч. 00 мин.

фамилия, инициалы подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо(а), проводившее проверку: Медведев Максим Владимирович государственный инспектор отдела (инспекции) в Республике Марий Эл ПМТУ Росстандарта.

При проведении проверки присутствовал(ли) сотрудник(и) ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова» директор Яровикова Светлана Яковлевна, заместитель директора по АХЧ и БЖ, Смирнов Роман Александрович.

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:

ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова» осуществляет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД 85.21 образование профессиональное, ИНН 1210000129, КПП 121001001, ОГРН 1021201849778. Юридический и почтовый адрес: 425250, Республика Марий Эл, пгт. Оршанка, ул. Гагарина, д. 4, тел/факс 8(83641) 2-33-93. Банковские реквизиты: Отделение-НБ Республики Марий Эл, УФК по РМЭ, р/с 40601810800001000001, л/с 20086Х53390, БИК 048860001;

Сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ с сайта ФНС по состоянию на 27.08.2018 г. смотри в приложении № 7.

Руководитель: ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова» на основании приказа Министерства образования РМЭ № 140-к от 08.10.2001 г., директор Яровикова Светлана Яковлевна (смотри приложение № 4).

2. Результаты федерального государственного метрологического надзора:

2.1 ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова» применяет средства измерения в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений:

- *выполнение государственных учётных операций и учёте количества энергетических ресурсов* (счётчики электрической энергии, счетчики воды);
- *выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;* (тахограф, программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство блок СКЗИ тахографа «Навигационно-криптографические модули» (НКМ-2).
- *обеспечении безопасности дорожного движения* (тахограф, программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство блок СКЗИ тахографа «Навигационно-криптографические модули» (НКМ-2).
- *осуществление торговли, выполнении работ по расфасовки товаров* (весы);
- *выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании* (гигрометр психометрический).

2.2. При проверке соблюдения обязательных требований к средствам измерений при их применении государственному метрологическому надзору подвергнуто **56** единицы средств измерений, из них **9** единиц с нарушением обязательных требований:

- весы рычажные настольные РН-10Ц13У, заводские №№ 13638, 33174, 01662, эксплуатационная документация (паспорта и (или) технические описания) **отсутствуют**, сведения о поверке на средство измерения 2 кв. 2017г., МПИ-1г;
- трансформаторы тока Т-0,66 УЗ, 2013 г.в., заводские №№ 294254, 294257, 294258, эксплуатационная документация (паспорта и (или) технические описания) **отсутствуют**, сведения о поверке на средство **отсутствует**.
- трансформатор тока Т-0,66 МУЗ, 2012 г.в., заводской № 584909, эксплуатационная документация (паспорта и (или) технические описания) **отсутствуют**, сведения о поверке на средство измерения **отсутствует**.
- цифровой тахограф тип: Drive 5, 2015 г.в., заводской № 45468633017, эксплуатационная документация (паспорта и (или) технические описания) **имеются**, сведения о поверке на средство измерения **отсутствует**.
- блок СКЗИ тахографа НКМ-2, 2015 г.в., заводской № 15D3A00000337010, эксплуатационная документация (паспорта и (или) технические описания) **имеются**, сведения о поверке на средство измерения **отсутствует**.

3. Выводы:

3.1 При проведении федерального государственного метрологического надзора выявлены нарушения, допущенные юридическим лицом ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова» и должностным лицом заместителем директора по АХЧ, Смирновым Романом Александровичем, обязательных требований к средствам измерений и измерениям в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений;


- *выполнение государственных учётных операций и учёте количества энергетических ресурсов;*
- *выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;*
- *обеспечении безопасности дорожного движения;*
- *осуществление торговли, выполнении работ по расфасовки товаров,*

применялись средства измерений **не прошедшие в установленном порядке поверку**, что является нарушением части 1 статьи 5, части 1 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», и пунктов 1, 2, 18. «Порядка проведения поверки средств измерений» Приказа Минпромторга № 1815 от 02.07.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **ВНЕСЕНА**: (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **ОТСУТСТВУЕТ** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Проверочный лист;
2. Протоколы проверки применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям;
3. Копии свидетельств о поверке и эксплуатационная документация (паспорта и (или) технические описания) средств измерений, фотоматериалы;
4. Копии: Устава ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова», приказа Министерства образования РМЭ РМЭ № 140-к от 08.10.2001 г., о назначении директором Яровикову С.Я., приказа ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова», № 204-к от 24.08.2016 г., о назначении заместителя директора по АХЧ и БЖ Смирнова Р.А.
5. Копии свидетельств о государственной регистрации права от 12.10.2015 г.;
6. Копии государственных контрактов: холодного водоснабжения и водоотведения №10, теплоснабжения и поставки горячей воды № 631-18, энергоснабжения № 12200007508;
7. Сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ по состоянию на 27.08.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку.
Государственный инспектор отдела
(инспекции) в РМЭ ПМТУ Росстандарта



М.В. Медведев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Яровикова Светлана Яковлевна,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Директор ГБПОУ РМЭ «Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова»

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 12 ” октября 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)